

Comunicazione a mezzo portale MEPA

OGGETTO: RdO aperta n. 3238901 - CIG: 949563805F Condizioni particolari relative all'affidamento del servizio di manutenzione e taratura delle bilance e dei campioni primari sonde termometriche in dotazione alle strutture di Arpae, per una durata di 36 mesi.

Chiarimenti

In riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di richiesta chiarimenti siamo a fornire le seguenti precisazioni:

1) Domanda: Si chiede di precisare se nel modello in formato Excel "Offerta_Economica_Bilance_e_Termometri", nelle tabelle 1 e 2, nella colonna H: Numero VSE necessarie (C) la cifra ivi indicata si riferisce alla quantità di VSE da svolgere nell'arco di tutto il CTR?

1) Risposta: Si tratta del numero totale di attività richieste per singolo strumento nell'arco del triennio di appalto

2) Domanda: Si chiede di precisare se le tarature dei termometri sono da effettuarsi annualmente, per un totale quindi di n. 3 tarature LAT per tutto il corso del Contratto (nella misura quindi di 1 all'anno?). In caso di risposta affermativa, l'importo che dovrà essere indicato nella colonna F "Importo Taratura Ordinaria" Tab. 3 del modello "Offerta economica Bilance e termometri" dovrà essere su base annuale o triennale?

2) Risposta: La taratura è prevista con frequenza triennale quindi in ragione di una per ogni strumento riportato in allegato. Ne consegue che l'importo da indicarsi in corrispondenza della colonna F "Importo Taratura Ordinaria" sarà quello unitario e valevole per il triennio.

3) Domanda: E' ammesso il subappalto?

3) Risposta: Come previsto dall'art. 20 del Capitolato speciale, *"il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è disciplinato all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010"*. Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto indicato nel richiamato art. 20 del Capitolato speciale.

Cordiali saluti.

La Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Cecilia Bergamini)

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente