

Oggetto: RDO aperta n. 3100175 - CUP I83C22000640005 suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura di strumenti per il monitoraggio delle emissioni convogliate e diffuse in impianti AIA. Chiarimenti

In relazione alla RDO in oggetto, facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti precisazioni:

Quesito 1) Nel disciplinare tecnico, con riferimento al paragrafo 2, relativamente alla fornitura di cui al lotto n. 1 - *N. 2 Linee riscaldate prelievo gas per emissioni da impianti industriali*, si chiede se al punto 4 si intenda “*temperatura massima 180°C*” o “*temperatura minima 180°C*”.

Risposta 1) *Si intende: Temperatura minima 180°C*

Quesito 2) Nel disciplinare tecnico, con riferimento al paragrafo 2, relativamente alla fornitura di cui al lotto n. 5 - *N° 3 Sonde campionamento polveri alle emissioni*, si chiede se con n. 3 sonde si intenda acquistare una sonda dotata di tre tubi interscambiabili di diversa lunghezza o n. 3 sonde dotate ciascuna di n. 3 tubi di lunghezze diverse interscambiabili, per un totale di n. 9 tubi.

Risposta 2): Si precisa che sono richieste n. 3 sonde, ognuna delle quali dotata degli accessori indicati nei punti 1-8 descrittivi della fornitura di cui al Lotto 5. Si conferma quindi che le stesse devono essere dotate di n. 3 tubi di lunghezze diverse interscambiabili, per un totale di n. 9 tubi.

Il Responsabile Unico del procedimento
(Dott. Michele Frascari)
documento firmato digitalmente