

Ai fornitori

Comunicazione a mezzo MEPA

Oggetto: RDO n. 3483282 - CUP I83C22000640005 per l'affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di Sistemi di evaporazione modello TurboVap® LV costruttore Biotage o equivalente e di Sistemi di evaporazione sottovuoto e ad azoto Chiarimenti.

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute inerenti la RDO in oggetto siamo a fornire le seguenti precisazioni predisposte dal Responsabile del Procedimento.

Domanda 1: Si chiede di conoscere il numero di posizioni (pozzetti) per provette con cui equipaggiare i sistemi di evaporazione in corrente di azoto. Nel capitolato tecnico sono indicati solo i diametri delle provette ma non viene specificato quante provette contemporaneamente intendete alloggiare.

Risposta 1 Si richiedono n° 3 blocchi aventi le seguenti caratteristiche:

1. 10 - 20 pozzetti per provette con diametro da 10-15 mm
2. almeno 6 pozzetti per provette con diametro da 18-20 mm
3. almeno 5 pozzetti per provette con diametro da 30 mm

Domanda 2 Con riferimento alla fornitura di cui al lotto 2 si chiede di precisare la lunghezza richiesta per gli aghi e la tipologia dei tubi in vostro possesso

Risposta 2 Si ritengono adeguati aghi di lunghezza superiore ai 100 mm

Il Responsabile del procedimento

(dott. Ivan Scaroni)

Documento firmato digitalmente