

**Procedura aperta telematica per per la fornitura mediante somministrazione periodica di miscele di gas di calibrazione in bombole e accessori per la durata di 24 mesi.  
Rdo aperta n. 6253066**

**Risposta ai quesiti pervenuti alla data del 21 maggio 2026**

1. **Domanda:** In merito all'art 7 – Caratteristiche tecniche del Capitolato speciale, a pag. 5 si cita testualmente “...*garantire che le miscele di calibrazione siano prodotte da un laboratorio che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 17034:2017 - “Requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento”*. Si chiede se la stessa sia un refuso in quanto l'accreditamento non richiede di avere un laboratorio che operi in conformità ma solo la possibilità di essere un produttore del materiale di riferimento.
1. **Risposta:** E' richiesto che il laboratorio di produzione delle miscele operi conformemente alla UNI CEI EN ISO 17034 e che i rapporti di prova sia redatti in conformità alla UNI EN ISO 17025
  
2. **Domanda:** In merito all'art 7 – Caratteristiche tecniche del Capitolato speciale, a pag. 5 si cita testualmente “*Le miscele devono essere corredate da un certificato di analisi e, ove necessario (per esigenze specifiche o cogenti), potranno essere richieste specifiche miscele accreditate secondo le norme UNI CEI EN ISO 17034:2017 o UNI EN ISO 17025:2018*”. Si chiede se sia essenziale l'accreditamento in quanto non tutte le miscele richieste possono avere gli accreditamenti richiesti. Eventualmente, si chiede di chiarire quali miscele devono essere accreditate e quali no. Tale informazione è necessaria al fine di produrre una corretta offerta economica.
2. **Risposta:** Sì, l'accreditamento è requisito essenziale ma può essere relativo a miscele di gas diverse da quelle richieste. Al momento è richiesto che le miscele in elenco siano conformi alle specifiche di preparazione espresse nella Norma UNI EN ISO 6142-1:2015 “Analisi del gas - Preparazione delle miscele di gas per taratura - Parte 1: Metodo gravimetrico” e ci si riserva di richiedere, al bisogno, prodotti accreditate 17034.