

Stazione appaltante:

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA  
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

Fornitore aggiudicatario:

**SARTORIUS ITALY SRL (Sede legale: Via A. Meucci n. 4 - Bagno a Ripoli (FI)),  
C.F. e P. IVA 05748910485**

Contratto:

**Stipula\_NG3477998 del 16/06/2023 - PG/2023/106842 del 19/06/2023**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
(art. 102 DEL D.Lgs. 50/2016)**

**PREMESSE**

**Oggetto**

**Certificato di regolare esecuzione relativo alla strumentazione analitica di cui al Disciplinare tecnico per la fornitura di Apparecchiature per filtrazione acque in esito a RDO aperta nr. 3477998 del 21/03/2023. CIG: 9709144F14 - CUP I83C22000640005 con la società SARTORIUS ITALY SRL (Sede legale: Via A. Meucci n. 4 - Bagno a Ripoli (FI)), C.F. e P. IVA 05748910485 con determinazione n. 2023-444 del 26/05/2023, per l'importo complessivo di Euro per l'importo complessivo di euro **22.900,00**(iva esclusa) + IVA al 22% per un **totale complessivo comprensivo di IVA pari ad Euro 27.938,00.****

La fornitura rientra nel Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) - Investimento compreso nel Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" - Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata", **CIG 9709144F14 - CUP I83C22000640005.**

### **Responsabile Unico del procedimento**

Le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono state svolte dalla **dott.ssa Maria Grazia Scialoja**, competente a rilasciare il presente certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

### **Stipula e avvio dell'esecuzione in via d'urgenza**

Con la Determinazione Dirigenziale n. n. **2023-444 del 26/05/2023** è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo pec con protocollo PG/2023/94179 del 30/05/2023.

Il contratto è stato stipulato con prot. **PG\_2023\_ 106842 del 19\_6\_23**, da tale data decorrono i tempi di consegna.

### **Subappalto**

Non richiesto in sede di gara.

### **Tempo utile per l'esecuzione della fornitura**

Il termine di esecuzione della fornitura è fissato, come da procedura di gara, in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto entro il 18/08/2023 .

### **Luogo di consegna**

Di seguito si elencano luoghi di consegna presso cui è stata consegnata la strumentazione ed i riferimenti dei DDT corrispondenti alle diverse forniture:

<b>OGGETTI</b>	<b>SEDI DI CONSEGNA</b>	<b>DDT</b>
n. 4 Dispensatori di membrane da 47 mm automatico marca SARTORIUS modello cod. 16713-BO o prodotto equivalente e comunque compatibile con membrane Merck e Sartorius (porosità 0,45 micron e 0,20 micron)	Di cui 1 presso la sede di Reggio Emilia, via G. Amendola 2,	<b>2174356062 del 06/07/23</b>

OGGETTI	SEDI DI CONSEGNA	DDT
	Laboratorio di Microbiologia  3 presso la sede di Bologna, via F, Rocchi, 19 Laboratorio di Microbiologia	<b>2174373158</b> <b>del 18/7/23</b>
n. 2 Rampe per filtrazione sottovuoto in acciaio inox a 6 posti marca SARTORIUS modello cod. 168M6-SS500 o prodotto equivalente e comunque compatibile con il supporto membrana 50 mm in acciaio inox marca SARTORIUS modello codice 6980102, con imbuti in acciaio inox da 500 ml c/molla chiusura marca SARTORIUS modello codice 6981002.	sede di Bologna, via F, Rocchi, 19 Laboratorio di Microbiologia	<b>2174373159</b> <b>del 18/7/23</b> <b>e</b> <b>2174410517</b> <b>dell'11/08/23</b>
n. 1 Rampa per filtrazione sottovuoto in acciaio inox a 6 posti marca SARTORIUS cod. 168M6-SS100 o prodotto equivalente e comunque compatibile con il supporto membrana 50 mm in acciaio inox marca SARTORIUS modello codice 6980102, con imbuti in acciaio inox da 100 ml c/molla chiusura marca SARTORIUS modello codice 6981065.	sede di Bologna, via F, Rocchi, 19 Laboratorio di Microbiologia	<b>2174438211</b> <b>del 01/09/23</b>
n. 1 Rampa per filtrazione sottovuoto in acciaio inox a 6 posti marca SARTORIUS modello cod. 168M6-BS250 o prodotto equivalente e comunque compatibile con il supporto membrana 50 mm in acciaio inox marca SARTORIUS modello codice 6980102, con imbuti non è più menzionato il materiale. indifferente o dimenticanza? monouso da 250 ml marca SARTORIUS modello codice 16407-25-ALK.	sede di Bologna, via F, Rocchi, 19 Laboratorio di Microbiologia	<b>2174373159</b> <b>del 18/7/23</b>

Le verifiche svolte hanno confermato la corrispondenza tra il DDT ed il materiale pervenuto al Laboratorio. Successivamente, come previsto dal Disciplinare Tecnico, le prove di collaudo delle apparecchiature sono state effettuate da operatori di Arpae che hanno verificato la presenza e compatibilità di tutte le componenti del sistema come richieste, il rispetto delle specifiche tecniche e l'efficienza delle apparecchiature

fornite (in allegato i Verbali di Collaudo per i diversi Laboratori destinatari delle forniture).

Gli strumenti, elencati in tabella, sono stato consegnati presso le sedi indicate rispettando i termini di consegna contrattualmente previsti.

Si dichiarano pertanto ultimate le prestazioni contrattuali in data 05/09/2023 (data ultimo verbale di collaudo).

### **Adempimenti PNC**

In relazione agli obblighi di cui all'art. 47, comma 4, del d.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021, il Fornitore ha dichiarato di non avere necessità di nuove assunzioni lungo l'arco temporale del contratto.

### **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)**

Per l'esecuzione dell'appalto è stato debitamente sottoscritto dai datori di lavoro delle parti contraenti il DUVRI, costituente parte integrante e sostanziale del contratto.

### **Documento di Regolarità Contributiva**

E' stato acquisito il Durc on-line per la verifica della regolarità contributiva della Società **SARTORIUS ITALY SRL (D.U.R.C. INAIL\_38929146 del 03/06/2023 con scadenza validità 01/10/2023)** che ne attesta la regolarità.

### **Stato finale**

Importo contrattuale	<b>22.900,00 euro</b>
IVA (22%)	<b>5.938,00 euro</b>
Totale	<b>27.938,00 euro</b>

In relazione al suddetto importo NON sono stati effettuati pagamenti in acconto, pertanto resta il credito netto della ditta appaltatrice di euro **22.900,00** (iva esclusa).

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse risulta:

1. che le prestazioni sono state eseguite secondo le prescrizioni e nei termini contrattuali;
2. che le prestazioni stesse sono state eseguite a regola d'arte;
3. che non è stata applicata alcuna penale;
4. che l'impresa ha ottemperato all'obbligo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
5. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
6. che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

La sottoscritto Responsabile unico del procedimento certifica la regolare esecuzione del contratto **PG/2023/106842** relativo alla **fornitura di forniture di apparecchiature per filtrazione acque**, eseguito dalla **SARTORIUS ITALY SRL (Sede legale: Via A. Meucci n. 4 - Bagno a Ripoli (FI)), C.F. e P. IVA 05748910485** liquidando il credito residuo pari ad euro **22.900,00** euro + IVA 22% per un totale complessivo di **27.938,00** (IVA compresa).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(dott.ssa Maria Grazia Scialoja)

*Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa*

Allegati:

All CRE\_Gara 41 - Verbale di collaudo BO Microbiologia

All CRE\_Gara 41 - Verbale di collaudo RE Microbiologia